

cpl UFPI <cpl@ufpi.edu.br>

URGENTE - ESCLARECIMENTO URGENTE AO EDITAL PE 009/2023 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - PI

5 mensagens

Licitacao1 - KCR Equipamentos < licitacao1@kcrequipamentos.com.br>

14 de março de 2023 às 18:26

Para: cpl@ufpi.edu.br

Cc: Licitacao1 - KCR Equipamentos < licitacao1@kcrequipamentos.com.br>

AO SR(A). PREGOEIRO(A)

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - PI

- PREGÃO ELETRONICO 009/2023

ESCLARECIMENTO

K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, estabelecida à AV: Marechal Mascarenhas de Morais nº. 88, nesta cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, Inscrita no CNPJ. n.º 09.251.627/0001-90, vem através desta, esclarecer, a seguinte questão:

- NO ITEM 264 (Balança) CONSTAM ESSAS ESPECIFICAÇÕES:

ITEM 264: Balança Nome Balança

GOSTARIA DE SABER QUE TIPO DE BALANÇA É, INDUSTRIAL **OU DE PESSOAS E AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COMO** CAPACIDADE, TAMANHO DE PLATAFORMA, DIVISÃO? DESTARTE SOLICITO SABER PARA PODERMOS QUANTIFICAR ADEQUADAMENTE?

E também,

A BALANÇA NECESSITA SER CERTIFICADA/APROVADA PELO INMETRO E POSSUIR SELO/LACRE DO ÓRÇÃO REGULAMENTADOR?

DESTE JÁ AGRADEÇO A ATENÇÃO.

Nestes Termos,

AGUARDO.

Favor acusar o recebimento deste e-mail

Atenciosamente,

Bruna C. Barbosa,

Setor de Licitação (18) 99181-4932 WhatsApp (18) 3621-2782.

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

15 de março de 2023 às 08:06

Para: Pró-Reitoria de Pós-Graduação PRPG prpg@ufpi.edu.br>, Kelly Palombit <kelly@ufpi.edu.br>, Kelly Palombit <kpalombit@gmail.com>

Prezado(a) Senhor(a),

Encaminhamos o pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 09/2023. Informamos que o prazo para resposta ao pedido de esclarecimento pelo setor demandante é de até 2 (dois) dias úteis, ou seja, até o dia 17/03/2023.

Lembramos que existe no Termo de Referência o item 1.1.1: "1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações dos itens descritas no Comprasnet e/ou Nota de Empenho e as especificações constantes deste termo de referência, prevalecerão as do Termo de Referência (do Edital).".

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Atenciosamente.

Jéssica

Coordenadoria de Compras e Licitações

Fone: (86) 3215-5924

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Kelly Palombit <kpalombit@gmail.com>

16 de março de 2023 às 10:21

Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

Bom dia!

Prezados,

Informamos que o produto supracitado se refere a balança digital de precisão, utilizada em laboratórios, para pesagem simples, verificação de peso, pesagem de animais vivos, etc. Segue abaixo as especificações técnicas:

Carga máxima: 1010 g

Sensibilidade e reprodutibilidade: 0,2 g

Campo de tara toda a escala Classe de exatidão: III

Unidades de pesagem disponíveis: g, kg e ct.

Temperatura de trabalho: 10 a 40°c Tempo de estabilização: 3 segundos Bivolt automático de 100 a 230 V

Frequência 50/60 Hz

Potência 5 W

Dimensões da plataforma em aço inox 202 x 156 mm

Dimensões do equipamento 292 x 210 x 70 (CxLxA)

Peso do equipamento 2,4 kg

Modelo aprovado pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia).

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Cordialmente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Kelly Palombit

Professora de Anatomia Humana

Departamento de Morfologia - Centro de Ciências da Saúde

Universidade Federal do Piauí

86 99931 6084

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

16 de março de 2023 às 10:55

Para: Kelly Palombit < kpalombit@gmail.com>

Bom dia. recebido. Grata.

Jéssica

Atenciosamente.

Coordenadoria de Compras e Licitações

Fone: (86) 3215-5924

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

16 de março de 2023 às 11:06

Para: Licitacao1 - KCR Equipamentos < licitacao1@kcrequipamentos.com.br>

Prezado(a) Senhor(a),

Ao cumprimentá-lo(a), informamos que foi publicado esclarecimento com o assunto da sua solicitação referente ao Pregão Eletrônico nº 09/2023. A resposta foi publicada na data de 16/03/2023, às 10:59:51 horas.

Segue abaixo link para consultar o pedido de esclarecimento. Basta copiar e colar o link no seu navegador ou clicar diretamente nele para acessá-lo e em seguida clicar na resposta ao pedido de esclarecimento.

http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/avisos1.asp?prgCod=1124483&Origem=Avisos&Tipo=E

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Atenciosamente,

Coordenadoria de Compras e Licitações

Fone: <u>(86) 3215-5924</u>

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Esclarecimento 16/03/2023 10:59:51

NO ITEM 264 (Balança) CONSTAM ESSAS ESPECIFICAÇÕES: ITEM 264: Balança Nome Balança. GOSTARIA DE SABER QUE TIPO DE BALANÇA É, INDUSTRIAL OU DE PESSOAS E AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COMO CAPACIDADE, TAMANHO DE PLATAFORMA, DIVISÃO? DESTARTE SOLICITO SABER PARA PODERMOS QUANTIFICAR ADEQUADAMENTE? E também, A BALANÇA NECESSITA SER CERTIFICADA/APROVADA PELO INMETRO E POSSUIR SELO/LACRE DO ÓRGÃO REGULAMENTADOR? DESTE JÁ AGRADEÇO A ATENÇÃO. Nestes Termos, AGUARDO. Favor acusar o recebimento deste email. Atenciosamente,



Resposta 16/03/2023 10:59:51

Conforme resposta enviada pelo setor demandante acerca do questionamento, Informamos que o item 264 se refere a balança digital de precisão, utilizada em laboratórios, para pesagem simples, verificação de peso, pesagem de animais vivos, etc. Segue abaixo as especificações técnicas: Carga máxima: 1010 g, Sensibilidade e reprodutibilidade: 0,2 g, Campo de tara toda a escala, Classe de exatidão: III, Unidades de pesagem disponíveis: g, kg e ct., Temperatura de trabalho: 10 a 40°c, Tempo de estabilização: 3 segundos, Bivolt automático de 100 a 230 V, Frequência 50/60 Hz, Potência 5 W, Dimensões da plataforma em aço inox 202 x 156 mm, Dimensões do equipamento 292 x 210 x 70 (CxLxA), Peso do equipamento 2,4 kg, Modelo aprovado pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia).



cpl UFPI <cpl@ufpi.edu.br>

Questionamento - Pregão 09/2023 - Processo Administrativo nº 23111.018617/2022-52

6 mensagens

Licitacao_GrupoKSS < licitacao@grupokss.com.br>

10 de março de 2023 às 09:51

Para: cpl@ufpi.edu.br

Cc: licitacao2@grupokss.com.br

Bom dia,

Gostaríamos de verificar uma situação a qual se refere ao item 267 deste edital.

Há divergência na descrição entre o edital e a relação dos itens, bem como o produto nessas especificações no valor apresentado é inexequível, já que não há nenhum fabricante/fornecedor que venda um produto nessa especificação por esse valor.

Acredito que há um erro na descrição, visto que um produto nesse valor se trata de foco ambulatorial.

FOCO CIRÚRGICO, TIPO AUXILIAR, COMPONENT CÚPULA GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTENSIDA LUMINOSA 150.000 LUX ACESSÓRIOS C/ SISTEI EMERGÊNCIA À BATER TIPO APOIO PEDESTAL	DE MA DE	UNIDADE	R\$ 471,12	R\$ 471,12
--	-------------	---------	------------	------------

267 - Foco

Descrição Detalhada: Foco Tipo: Cirúrgico De Teto, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Min 60.000 H, Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux Articulação: Cúpula, Braço E Suporte P/ Monitor Articuláveis , Adicional 1: C/ Ajuste Diâmetro Luz E Dimmer , Adicional 2: C/

Câmera Video

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2 Valor Unitário (RS):

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

Atenciosamente

Quantidade Total: 1



Eraldo Junior Licitação

41 99577-3930 **%** 41 3382-2066





CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

Para: Kelly Palombit < kpalombit@gmail.com >, Pró-Reitoria de Pós-Graduação PRPG < prpg@ufpi.edu.br >

10 de março de 2023 às 12:18

Encaminhamos o pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 09/2023. Informamos que o prazo para resposta ao pedido de esclarecimento pelo setor demandante é de até 2 (dois) dias úteis, ou seja, até o dia 14/03/2023.

Lembramos que existe no Termo de Referência o item 1.1.1: "1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações dos itens descritas no Comprasnet e/ou Nota de Empenho e as especificações constantes deste termo de referência, prevalecerão as do Termo de Referência (do Edital).".

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Atenciosamente,

Caroline Carmen

Coordenadoria de Compras e Licitações

Fone: (86) 3215-5924

[Texto das mensagens anteriores oculto]



EDITAL PE 09-2023 E ANEXOS.pdf

12967K

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

Para: Kelly Palombit < kpalombit@gmail.com>

14 de março de 2023 às 12:16

Prezado(a) Senhor(a),

Encaminhamos modelo sugestivo em anexo de Parecer para resposta ao questionamento do fornecedor.


[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



EDITAL PE 09-2023 E ANEXOS.pdf

12967K



Kelly Palombit <kpalombit@gmail.com> Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br> 14 de março de 2023 às 13:13

Prezados, boa tarde!

Segue em anexo o parecer em resposta ao questionamento do fornecedor. Qualquer dúvida estamos à disposição.

Cordialmente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Kelly Palombit

Professora de Anatomia Humana

Departamento de Morfologia - Centro de Ciências da Saúde

Universidade Federal do Piauí

86 99931 6084

Parecer Processo Vidrarias 14032023_assinado.pdf

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

Para: Licitacao_GrupoKSS < licitacao@grupokss.com.br>

14 de março de 2023 às 15:05

Prezado(a) Senhor(a),

Ao cumprimentá-lo(a), informamos que foi publicado esclarecimento com o assunto da sua solicitação referente ao Pregão Eletrônico nº 09/2023. A resposta foi publicada na data de 14/03/2023, às 14:54:17 horas

Segue abaixo link para consultar o pedido de esclarecimento. Basta copiar e colar o link no seu navegador ou clicar diretamente nele para acessá-lo e em seguida clicar na resposta ao pedido de esclarecimento.

http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/avisos1.asp?prgCod=1124483&Origem=Avisos&Tipo=E

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Atenciosamente,

Coordenadoria de Compras e Licitações

Fone: <u>(86)</u> 3215-5924

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitacao_GrupoKSS < licitacao@grupokss.com.br>

Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br> Cc: licitacao2@grupokss.com.br

14 de março de 2023 às 15:14

Boa tarde,

Agradecemos o retorno,

Atenciosamente,



Eraldo Junior Licitação

9 41 99577-3930 **%** 41 3382-2066





[Texto das mensagens anteriores oculto]



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ



Campus Universitário Ministro Petrônio Portela - Teresina-PI CEP: 64.049-550

PARECER Nº 01/2023, P. Eletrônico nº 09/2023 - Teresina, 14 de março de 2023.

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, vimos apresentar o Parecer relativo ao item 267 do Pregão Eletrônico nº 09/2023, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material de consumo do tipo vidrarias e materiais diversos de uso em laboratório, para atender demandas dos cursos de graduação da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI, pesquisa científica dos cursos de Pós-Graduação e extensão dos professores, alunos e técnicos da UFPI nos ambientes internos dos laboratórios, por um período de 1 ano, 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM: 267

Prezados,

Conforme solicitado, realizamos a análise do item 267 deste edital, e vimos que este apresentava um erro na descrição. Segue abaixo a descrição atualizada:

 FOCO, TIPO CLÍNICO, PORTÁTIL, LÂMPADA/VIDA ÚTIL LED MÍN 20.000 H, LUMINOSIDADE CERCA DE 15.000 LUX, ALTURA AJUSTÁVEL, ESTRUTURA 1 HASTE RÍGIDA E PARTE SUPERIOR FLEXÍVEL CROMADAS, RODIZIOS BASE METÁLICA, C/ PINTURA EPÓXI, C/ RODÍZIOS.

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Cordialmente,



Profa. Dra. Kelly Palombit Comissão de Planejamento e Contratação



Esclarecimento 14/03/2023 14:54:17

Bom dia, Gostaríamos de verificar uma situação a qual se refere ao item 267 deste edital. Há divergência na descrição entre o edital e a relação dos itens, bem como o produto nessas especificações no valor apresentado é inexequível, já que não há nenhum fabricante/fornecedor que venda um produto nessa especificação por esse valor. Acredito que há um erro na descrição, visto que um produto nesse valor se trata de foco ambulatorial. Atenciosamente,



Resposta 14/03/2023 14:54:17

Acerca do questionamento, segue a resposta do setor demandante em parecer: Conforme solicitado, realizamos a análise do item 267 deste edital, e vimos que este apresentava um erro na descrição. Segue abaixo a descrição atualizada: • FOCO, TIPO CLÍNICO, PORTÁTIL, LÂMPADA/VIDA ÚTIL LED MÍN 20.000 H, LUMINOSIDADE CERCA DE 15.000 LUX, ALTURA AJUSTÁVEL, ESTRUTURA 1 HASTE RÍGIDA E PARTE SUPERIOR FLEXÍVEL CROMADAS, RODIZIOS BASE METÁLICA, C/PINTURA EPÓXI, C/RODÍZIOS.". Para acessar o parecer mencionado em pdf, por favor copiar e colar link https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/CCL/2023-AVISOS-ESCLARECIMENTOS-IMPUGNA%C3%87%C3%830/item_267Parecer_Processo_Vidrarias_14032023_assinado.pdf



Aviso 14/03/2023 15:45:31

Conforme parecer emitido pelo setor demandante, esta comissão de licitação comunica: na descrição do item 267 constante na tabela do termo de referência, Anexo I do Edital, onde se lê " foco cirúrgico, tipo auxiliar, componentes 1 cúpula geração luz diodo (led), características adicionais intensidade luminosa 150.000 lux, acessórios c/ sistema de emergência à bateria, tipo apoio pedestal, rodízios com freio", leia-se "foco tipo clínico, portátil, lâmpada/vida útil led mín 20.000 h, luminosidade cerca de 15.000 lux, altura ajustável, estrutura 1 haste rígida e parte superior flexível cromadas, rodizios base metálica, c/ pintura epóxi, c/ rodízios." Para acessar inteiro teor do parecer, por favor, copiar e colar o link https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/CCL/2023-AVISOS-ESCLARECIMENTOS-IMPUGNA%C3%87%C3%830/item_267Parecer_Processo_Vidrarias_14032023_assinado.pdf