



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Departamento: Divisão de Compras

Relatório de Cotação: PRORROGAÇÃO ATA Nº 55/2024 - PREGÃO 90005/2024 - EMPRESA TECHLIFE

Pesquisa realizada entre 03/06/2025 14:22:56 e 09/06/2025 16:01:02

Relatório gerado no dia 09/06/2025 16:02:59 (IP: 201.131.167.21)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: 07. Bomba de equipo universal Portátil

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	30	R\$ 4.846,28 (un)	-	R\$ 4.846,28	25,5%	R\$ 145.388,40

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC / 25 - Centro de Educação Superior do Oeste - Chapecó	83891283000136-1-001256/2024	05/11/2024	R\$ 4.900,00
2	FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	82662958000102-1-000100/2024	10/06/2024	R\$ 4.320,00
Valor Unitário				R\$ 4.610,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	01.611.339/0001-97 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO BALNEÁRIO DE PINHAL	0044/2024	12/07/2024	R\$ 5.318,83
Valor Unitário				R\$ 5.318,83

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4.900,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.846,28

Item 2: 08. Bomba de seringa universal Portátil

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	10	R\$ 4.966,23 (un)	-	R\$ 4.966,23	8,7%	R\$ 49.662,30

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	11.171.868/0001-70 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA	11171868000170-1-000305/2024	07/10/2024	R\$ 4.960,00



Relatório gerado no dia 09/06/2025 16:02:59 (IP: 201.131.167.21)

Código Validação: jVwcsq4HzllsVWG5idjt%2bKAYbkVCipw8%2b%2bWihxvmd6YpXd4inpNc5Q%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=jVwcsq4HzllsVWG5idjt%252bKAYbkVCipw8%252b%252bWihxvmd6YpXd4inpNc5Q%253d%253d>

2	MUNICIPIO DE IRAUCUBA	07683188000169-1-000126/2024	03/10/2024	R\$ 4.938,70
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	11850969000178-1-000036/2024	01/08/2024	R\$ 4.999,99
Valor Unitário				R\$ 4.966,23
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4.960,00				Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.966,23

Item 3: 12. Monitor multiparamétrico veterinário c/ analisador de gases

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 2	3	R\$ 83.617,81 (un)	-	R\$ 83.617,81	44%	R\$ 250.853,43
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	COMANDO DO EXERCITO			00394452000103-1-012716/2024	15/07/2024	R\$ 72.902,00
2	04.104.816/0001-16 - GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Prefeitura Municipal de Ariquemes			NºPregão:900152024 UASG:450522	12/06/2024	R\$ 103.000,00
Valor Unitário						R\$ 87.951,00
Preço Manual	Fornecedor			Data Proposta	Preço	Documento Comprobatório
1	06.517.387/0001-34 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI			09/06/2025	R\$ 74.951,42	Anexo 1
Valor Unitário						R\$ 74.951,42
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 74.951,42						Média dos Preços Obtidos: R\$ 83.617,81

Item 4: 13. Monitor multiparamétrico veterinário s/ analisador de gases

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	2	R\$ 45.124,38 (un)	-	R\$ 45.124,38	15,8%	R\$ 90.248,76
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	15.126.437/0034-01 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Filial Hospital UNIVERSITÁRIO PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO			NºPregão:901052024 UASG:155913	23/10/2024	R\$ 47.473,14
2	FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB			82662958000102-1-000252/2024	14/10/2024	R\$ 45.900,00
3	15.513.690/0001-50 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA			15513690000150-1-000033/2024	22/08/2024	R\$ 42.000,00
Valor Unitário						R\$ 45.124,38
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 45.900,00						Média dos Preços Obtidos: R\$ 45.124,38

Item 5: 40. Bomba de Equipo universal

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	7	R\$ 4.846,28 (un)	-	R\$ 4.846,28	6%	R\$ 33.923,96
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço



1	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC / 25 - Centro de Educaçã... Superior do Oeste - Chapecó	83891283000136-1-001256/2024	05/11/2024	R\$ 4.900,00
2	FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	82662958000102-1-000100/2024	10/06/2024	R\$ 4.320,00
Valor Unitário				R\$ 4.610,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	01.611.339/0001-97 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO BALNEÁRIO DE PINHAL	0044/2024	12/07/2024	R\$ 5.318,83
Valor Unitário				R\$ 5.318,83



Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4.900,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.846,28

Valor Global: R\$ 570.076,85

Valor do item em relação ao total

- 1) 12. Monitor...
- 2) 07. Bomba de...
- 3) 13. Monitor...
- 4) 08. Bomba de...
- 5) 40. Bomba de...



Detalhamento dos Itens

Item 1: 07. Bomba de equipo universal Portátil

Preço Estimado: R\$ 4.846,28 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 4.846,28 Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.846,28

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	Bomba de equipo universal Portátil.Bateria: de lítio, com autonomia de 4 a 5 horas - Tela: LCD – Proteção para amortecer em caso de queda acidental. Taxa de infusão: 0.1-1500 ml/h, -VTBI (Volume Total a ser infundido):	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 4.900,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC / 25 - Centro de Educação Superior do Oeste - Chapecó

Objeto: Aquisição de equipamentos diversos para a UDESC OESTE 2024.

Descrição: BOMBA DE INFUSAO BOMBA DE INFUSAO - PARA EQUIPO (PERISTALTICA) Bomba de infusão para equipo universal inteligente, com tela colorida de 4.3 polegadas. Com recursos do tipo biblioteca de drogas, mecanismo de prevenção de fluxo livre e interfaceamento com s - BOMBA DE INFUSAO BOMBA DE INFUSAO - PARA EQUIPO (PERISTALTICA) Bomba de infusão para equipo universal inteligente, com tela colorida de 4.3 polegadas. Com recursos do tipo biblioteca de drogas, mecanismo de prevenção de fluxo livre e interfaceamento com sistemas informatizados. Conectividade através de Racks inteligentes (WIFI). Sistema de alarme, sistema de segurança. Funções disponíveis: Stand by, Histórico de eventos, Biblioteca de drogas, Bolus manual e programado, Função turbo do botão seletor, KVO, cronômetro de manutenção, Histórico de eventos, Biblioteca de droga. Cabo de energia AC, Sensor de gotejamento, suporte de fixação e manual de instruções. Equipos compatíveis.

Data: 05/11/2024 14:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 83891283000136-1-001256/2024

Lote/Item: 1/36

Ata: N/A

Homologação: 10/12/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 2

Unidade: Peça

UF: SC



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.197.526/0001-98 *VENCEDOR*	DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.900,00
Marca: Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Descrição: Descrição não informada		
Endereço: SENADOR SALGADO FILHO, 7000	Telefone: (51) 3224-2543	Email: contabilidade1@sadimissel.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 4.320,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	Data: 10/06/2024 17:00
Objeto: AQUISIÇÃO DAS BOMBAS DE EQUIPO E INFUSÃO DE USO ESPECÍFICO VETERINÁRIO PARA O HOSPITAL ESCOLA VETERINÁRIO DA FURB	Modalidade: Dispensa
	SRP: NÃO
Descrição: Bomba de infusão de equipo, de uso veterinário; conjuntos de infusão compatíveis: 10d/ml, 15d/ml, 20d/ml, 60d/ml em conformidade padrão; no mínimo 7 modos de infusão; faixa de configuração de infusão de 0,1 a 999999,9ml; taxa KVO 0,1 a 5ml/h; precisão de - Bomba de infusão de equipo, de uso veterinário; conjuntos de infusão compatíveis: 10d/ml, 15d/ml, 20d/ml, 60d/ml em conformidade padrão; no mínimo 7 modos de infusão; faixa de configuração de infusão de 0,1 a 999999,9ml; taxa KVO 0,1 a 5ml/h; precisão de +/- 5%; tela LCD touch screen colorida de 2,4 polegadas; bateria interna selada e recarregável.	Identificação: 82662958000102-1-000100/2024
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Homologação: 09/05/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 4
	Unidade: Peça
	UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.537.080/0001-84 *VENCEDOR*	TRADEVET EQUIPAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	R\$ 4.320,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: RUA DOUTOR JOAQUIM IGNACIO SILVEIRA DA MOTTA, 604
		Telefone: (41) 9690-7722

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 5.318,83**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



CNPJ: 01.611.339/0001-97

Órgão: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO BALNEÁRIO DE PINHAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos médicos hospitalares.

Descrição: Bomba de infusão volumétrica para equipo universal - Bomba de infusão volumétrica para equipo universal, com dieta parenteral e enteral no mesmo equipamento. Com tela para visualização das informações de no mínimo três polegadas, com brilho de tela ajustável. Peso máximo de 2,5kg. Aceite a calibração de pelo menos 4 marcas de equipos. Com mensagens de erros e atalhos na tela para um ajuste rápido e fácil pelo usuário. Precisão menor ou igual a 5%. Modos: por taxa, por peso corporal, por tempo e por sequência. Grau de proteção mínima ip28. Com programação do volume adulto de 0,1 a 9.999 ml. Taxa de fluxo de 0,1 a 2000 ml/h. Kvo programável de 0,1 a 5,0 ml/h. Registro histórico de 1.000 registros. Com biblioteca de no mínimo 40 medicamentos. Detecção de bolus de no mínimo 50 mmhg. Horário predefinido: 00:00:01 a 99:59:59, ajustável. Alarmes audiovisuais em led externo com um bom tamanho para visualização de longe do equipamento e com informações gráficas na tela (lembrete de status atual e orientação de operação), incluindo: oclusão, ar na linha, vtbi completo, kvo concluído, porta aberta, sem kit de infusão inserido, erro do sistema, sistema anormal, tempos de stand-by expirados, lembretes, bateria fraca, nenhuma bateria inserida, tempo quase concluído, sem alimentação ca, sem energia. Com pelo menos 3 níveis de alarme e volume selecionável. Bateria de lítio de no mínimo 4 horas à 25ml/h e com carregamento de carga máxima de até 6 horas. Clamp para fixação em suporte de soro. Interface rs232: conector para chamada de enfermeiros. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa (brasil) e serviço/software totalmente em língua portuguesa (brasil).

Data: 12/07/2024 10:30

Modalidade: Pregão Eletrônico (14.133/21)

SRP: SIM

Identificação: 0044/2024

Lote/Item: 2/1

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 18/07/2024 12:49

Fonte: www.banrisul.com.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
31.422.307/0001-04 *VENCEDOR*	MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 5.318,83			
Marca: MINDRAY Fabricante: Fabricante não informado Modelo: BENEFUSION VP3 Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AV ITAQUI, 297	Michel	(51) 99318-6714	michel@medicalway.com.br

Item 2: 08. Bomba de seringa universal Portátil

Preço Estimado: R\$ 4.966,23 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 4.966,23

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.966,23

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Bomba de seringa universal Portátil; - Bateria: Interna de lítio, com autonomia de 4 a 5,5 horas. - Tela: LCD 4 a 5 polegadas / - Proteção para a mortecer em caso de queda acidental. - Tamanho de seringas: Reconhecimento automático 5ml, 10ml, 20ml, 50/60ml - permite a calibração com qualquer marca e modelo de seringa. - Taxa de infusão: 0.1-1500 ml/h, - VTBI (volume total a ser infundido)	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 4.960,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 09/06/2025 16:02:59 (IP: 201.131.167.21)

Código Validação: jVwcsq4HzllsWG5idjt%2bKAYbkVCipw8%2b%2bWihxvmd6YpXd4inpNc5Q%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=jVwcsq4HzllsWG5idjt%252bKAYbkVCipw8%252b%252bWihxvmd6YpXd4inpNc5Q%253d%253d>

CNPJ: 11.171.868/0001-70

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO CIRURGICO E DA ALA DE INTERNAÇÃO DE PACIENTES EM RECUPERAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM OS INTERESSES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAÚNA.

Descrição: BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA - BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA

Data: 07/10/2024 15:51

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 11171868000170-1-000305/2024

Lote/Item: 1/19

Ata: N/A

Homologação: 01/10/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.647.559/0001-18	L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.960,00
VENCEDOR		
Marca:		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo:		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
GO	Goiânia	AL P 02, 855

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 4.938,70

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE IRAUCUBA

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais destinados ao Centro de Zoonoses (CCZ), de responsabilidade da Secretaria da Saúde do Município de Irauçuba/CE, visando a estruturação das atividades de Saúde e bem-estar animal no município.

Descrição: BOMBA DE INFUSÃO TIPO SERINGA. CARACTERISTICAS: - DEFINE A TAXA DE FLUXO DE INFUSÃO, VTBI E EXIBE DADOS EM TEMPO REAL - EXIBA O VOLUME JÁ INFUNDIDO - PURGAR/BOLUS - ALARMES - SILENCIA TEMPORARIAMENTE O SOM DO ALARME E TEMPORIZADOR PARA RECUPERAR O SOM DO - BOMBA DE INFUSÃO TIPO SERINGA. CARACTERISTICAS: - DEFINE A TAXA DE FLUXO DE INFUSÃO, VTBI E EXIBE DADOS EM TEMPO REAL - EXIBA O VOLUME JÁ INFUNDIDO - PURGAR/BOLUS - ALARMES - SILENCIA TEMPORARIAMENTE O SOM DO ALARME E TEMPORIZADOR PARA RECUPERAR O SOM DO ALARME. - EXIBE O VOLUME A SER ADMINISTRADO (VTBI). - LIMPA OS DADOS DE VTBI. - SUPORTE A VÁRIAS MARCAS DE CONJUNTOS DE INFUSÃO - BATERIA INTERNA. - ADAPTADOR DC EXTERNO. - CONECTIVIDADE SEM FIO WIFI - DIMENSÕES: MÍNIMO 14CM X 95MM X 31CM - PESO: MÍNIMO: 1,80 QUILOGRAMAS - ADAPTADOR DE ENERGIA ENTRADA: A.C. 100V-240V~ 47-63HZ 0,7-0,35A, SAÍDA D.C. 15V-1,66A MAX - TENSÃO DE ENTRADA PARA A BOMBA DE ALIMENTAÇÃO: D.C.: 15 V - POTÊNCIA DE SAÍDA: <55VA - TAXA DE FLUXO: 2ML: 0,1-100ML/H 5ML: 0,1-150 ML/H 10ML: 0,1-400ML /H 20ML: 0,1-600 ML/H 30ML: 0,1-1000 ML/H 50/60ML: 0,1-1800ML/H

Data: 03/10/2024 00:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 07683188000169-1-000126/2024

Lote/Item: 1/57

Ata: N/A

Homologação: 19/09/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
23.178.900/0001-29	CIRURGICA IBIPORA EIRELI	R\$ 4.938,70		
VENCEDOR				
Marca:				
Fabricante: Fabricante não informado				
Modelo:				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Ibiporã	R 19 DE DEZEMBRO, 1362	(43) 3258-2900	cirurgicaibipora@gmail.com



Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 4.999,99

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Objeto: [LICITANET] - Aquisição de móveis e equipamentos veterinários para o Fundo Municipal de Saúde de Nossa Senhora da Glória/SE conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Descrição: BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA PARA USO VETERINÁRIO - SDA400 - BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA PARA USO VETERINÁRIO - SDA400

Data: 01/08/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 11850969000178-1-000036/2024
Lote/Item: 1/4581070
Ata: N/A
Homologação: 28/08/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: UND
UF: SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.830.196/0001-38 *VENCEDOR*	EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI	R\$ 4.999,99
Marca: Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO, 77
Nome de Contato: Gustavo	Telefone: (11) 2366-5492	Email: licitacao@evolucaovet.com.br

Item 3: 12. Monitor multiparamétrico veterinário c/ analisador de gases

Preço Estimado: R\$ 83.617,81 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 83.617,81 Média dos Preços Obtidos: R\$ 83.617,81

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Monitor multiparamétrico veterinário com analisador de gases: Tela LCD Bateria de lítium, autonomia superior a 4 horas. Alarmes sonoro Eletr ocardiografia: Conjunto de derivações: 3 a 5 derivações: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Mínimo de 3 velocidade de varredura Suporta desfibrilação	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 72.902,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisicao de material permanente de Cirurgia I (PAASSEx 2024), para a Base Administrativa do Complexo de Saude do Rio de Janeiro com o objetivo de atender as demandas das Organizacoes Militares de Saude (OMS):Hospital Central do Exercito (HCE), Hospital Geral do Rio de Janeiro (HgeRJ), Hospital Militar de Resende (HMR).
Descrição: Monitor multiparâmetro - Monitor multiparâmetro

Data: 15/07/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 00394452000103-1-012716/2024
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Homologação: 08/08/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: RJ



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.201.443/0001-02 *VENCEDOR*	SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 72.902,00
Marca: Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Descrição: Descrição não informada		
Estado: RJ	Cidade: Niterói	Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 90
	Telefone: (21) 2621-8223	Email: fiscal@gflabor.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 103.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 04.104.816/0001-16	Data: 12/06/2024 08:00
Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Prefeitura Municipal de Ariquemes	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Registro de Preço para Eventual e Futura Aquisição de Materiais e Equipamentos Médicos Hospitalares Permanentes, para atender as Emendas Parlamentares que a Prefeitura de Ariquemes celebram através das PROPOSTAS Nº 07582.909000/1210-01, 07582.909000/1160-01, 07582.909000/1180--06, 07582.909000/1230-03, 07582.909000/1230-04, e CONVÊNIO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSODONTOLÓGICOS, Aditivo Convênio nº 253/PGE-2021, RESOLUÇÃO Nº 547"ADREFERENDUM/2023/SESAU/CIB (Aquisição de Equipamento	SRP: SIM
Descrição: Monitor multiparâmetro - Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado/Modular , Parâmetros: Ecg, Pni, Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionais: Congelamento Tela E Memória , Componentes: Alarmes/Bateria , Opcionais: Capnografia , Opcionais 02: Arritmias E Segmentos St , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores	Identificação: NºPregão:900152024 / UASG:450522
CatMat: 405370 - Monitor Multiparâmetro - Tipo: Pré Configurado/Modular Parâmetros: Ecg, Pni, Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução Características Adicionais: Congelamento Tela E Memória Componentes: Alarmes/Bateria Opcionais: Capnografia Opcionais 02: Arritmias E Segmentos St Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores	Lote/Item: /24
	Ata: N/A
	Homologação: 28/08/2024 08:38
	Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.801.805/0001-98 *VENCEDOR*	MEDCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 103.000,00
Marca: smartpic / hpbio Fabricante: Fabricante não informado Modelo: smartpic Descrição: Descrição não informada		
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 4476
	Nome de Contato: Antonio	Telefone: (41) 3095-2444
		Email: licitacao@medcosta.com.br

Preço Manual 1

R\$ 74.951,42

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 09/06/2025

Produto: MONITOR MUTIPARAMÉTRICO

Fornecedor: 06.517.387/0001-34 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Comprovante: Anexo 1



Item 4: 13. Monitor multiparamétrico veterinário s/ analisador de gases

Preço Estimado: R\$ 45.124,38 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 45.124,38

Média dos Preços Obtidos: R\$ 45.124,38

Quantidade Descrição

Observação

2 Unidades Monitor multiparamétrico veterinário sem analisador de gases: Tela LCD Bateria de lítium, autonomia superior a 4 horas. Alarmes sonoro Eletr cardiografia: Conjunto de derivações: 3 a 5 derivações: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Suporta desfibrilação

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 47.473,14

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 15.126.437/0034-01

Data: 23/10/2024 08:00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Filial Hospital UNIVERSITÁRIO
PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO

SRP: SIM

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de equipamentos médico hospitalares (EMHs), para reposição do parque tecnológico atendendo ao plano de aplicação de recursos do Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago-HU-UFSC/EBSERH.

Identificação: N°Pregão:901052024 / UASG:155913

Lote/Item: /15

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Monitor multiparâmetro - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, PI,SPO2, TEMP, RESP, DC, TIPO DE TELA TELA LCD 12", ALTA RESOLUÇÃO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELAMENTO TELA E MEMÓRIA, COMPONENTES ALARMES/BATERIA, OPCIONAIS CAPNOGRAFIA, OPCIONAIS 02 ARRITMIAS E SEGMENTOS ST,ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES

Homologação: 16/12/2024 18:19

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: SC

CatMat: 405370 - Monitor Multiparâmetro - Tipo: Pré Configurado/Modular | Parâmetros: Ecg, Pni, Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc | Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução | Características Adicionais: Congelamento Tela E Memória | Componentes: Alarmes/Bateria | Opcionais: Capnografia | Opcionais 02: Arritmias E Segmentos St | Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

05.968.162/0001-31 W & Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
VENCEDOR

R\$ 47.473,14

Marca: Nihon Kohden

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Life Scope G5/PT

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SC

Palhoça

RUA NASCENTE DO SOL, 500

(48) 3257-2228

jonascontabilidade@brturbo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 45.900,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB

Data: 14/10/2024 14:53

Objeto: AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA O HOSPITAL ESCOLA VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE

Modalidade: Inexigibilidade

SRP: NÃO

Descrição: Monitor multiparamétrico para uso exclusivo veterinário, com os seguintes parâmetros: ECG 5 derivações (cães, gatos, equinos, roedores e exóticos), frequência cardíaca, frequência respiratória, oximetria, temperatura, pressão arterial não invasiva e invas - Monitor multiparamétrico para uso exclusivo veterinário, com os seguintes parâmetros: ECG 5 derivações (cães, gatos, equinos, roedores e exóticos), frequência cardíaca, frequência respiratória, oximetria, temperatura, pressão arterial não invasiva e invasiva, com tecnologia tolerante ao movimento e capnografia (opções main-stream ou side-stream).

Identificação: 82662958000102-1-000252/2024

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 03/10/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 1

Unidade: Peça

UF: SC



Relatório gerado no dia 09/06/2025 16:02:59 (IP: 201.131.167.21)

Código Validação: jVwcsq4HzllsWG5idjt%2bKAYbkVCipw8%2b%2bWihxvmd6YpXd4inpNc5Q%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=jVwcsq4HzllsWG5idjt%252bKAYbkVCipw8%252b%252bWihxvmd6YpXd4inpNc5Q%253d%253d>

9 / 13

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.054.166/0001-65 *VENCEDOR*	PHYSIOMETRIX SISTEMAS MEDICOS LTDA	R\$ 45.900,00
Marca:		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo:		
Descrição: Descrição não informada		
Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: RUA TORIBA, 358
	Nome de Contato: José Eduardo Alves de Miranda	Telefone: (21) 3373-1378
		Email: vendas@digicarebjmedical.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 42.000,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 15.513.690/0001-50	Data: 22/08/2024 14:25
Órgão: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA	Modalidade: Inexigibilidade
Objeto: Aquisição de Material Permanente: MÓDULO EFFICIA GASES ANEST S/O2 MODELO: 863336 para utilização em monitores de sinais vitais da marca PHILIPS EFFICIA CM120, a fim de atender às demandas do Convênio nº 06/2023-PMCG-Convênio nº 01/2023-Programa de atendimento especializado médico veterinário - SUBEA/HOVET .	SRP: NÃO
	Identificação: 15513690000150-1-000033/2024
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
Descrição: Módulo Monitor Multiparâmetro tipo de análise: p/ análise de gases, compatibilidade equipamento: compatível com equipamento - Módulo Monitor Multiparâmetro tipo de análise: p/ análise de gases, compatibilidade equipamento: compatível com equipamento	Homologação: 21/08/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
62.334.156/0001-66 *VENCEDOR*	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 42.000,00
Marca:		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo:		
Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: Sorocaba	Endereço: RUA SOLANGE VICTORETTI, 160
		Telefone: (15) 3237-4414
		Email: multmed@multmed.com.br

Item 5: 40. Bomba de Equipo universal

Preço Estimado: R\$ 4.846,28 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 4.846,28

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.846,28

Quantidade	Descrição	Observação
7 Unidades	Bomba de equipo universal Portátil.Bateria: de lítio, com autonomia de 4 a 5 horas - Tela: LCD – Proteção para amortecer em caso de queda acidental. Taxa de infusão: 0.1-1500 ml/h, -VTBI (Volume Total a ser infundido):	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 4.900,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 09/06/2025 16:02:59 (IP: 201.131.167.21)

Código Validação: jVwcsq4HzllsWG5idjtj%2bKAybKVCipw8%2b%2bWihxvmd6YpXd4inpNc5Q%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=jVwcsq4HzllsWG5idjtj%252bKAybKVCipw8%252b%252bWihxvmd6YpXd4inpNc5Q%253d%253d>

10 / 13

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC / 25 - Centro de Educação Superior do Oeste - Chapecó

Objeto: Aquisição de equipamentos diversos para a UDESC OESTE 2024.

Descrição: **BOMBA DE INFUSAO BOMBA DE INFUSAO - PARA EQUIPO (PERISTALTICA) Bomba de infusão para equipo universal inteligente, com tela colorida de 4.3 polegadas. Com recursos do tipo biblioteca de drogas, mecanismo de prevenção de fluxo livre e interfaceamento com s - BOMBA DE INFUSAO BOMBA DE INFUSAO - PARA EQUIPO (PERISTALTICA)** Bomba de infusão para equipo universal inteligente, com tela colorida de 4.3 polegadas. Com recursos do tipo biblioteca de drogas, mecanismo de prevenção de fluxo livre e interfaceamento com sistemas informatizados. Conectividade através de Racks inteligentes (WIFI). Sistema de alarme, sistema de segurança. Funções disponíveis: Stand by, Histórico de eventos, Biblioteca de drogas, Bolus manual e programado, Função turbo do botão seletor, KVO, cronômetro de manutenção, Histórico de eventos, Biblioteca de droga. Cabo de energia AC, Sensor de gotejamento, suporte de fixação e manual de instruções. Equipos compatíveis.

Data: 05/11/2024 14:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 83891283000136-1-001256/2024

Lote/Item: 1/36

Ata: N/A

Homologação: 10/12/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 2

Unidade: Peça

UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.197.526/0001-98 *VENCEDOR*	DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.900,00
Marca:		
Fabricante:	Fabricante não informado	
Modelo:		
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:	Telefone:	Email:
SENADOR SALGADO FILHO, 7000	(51) 3224-2543	contabilidade1@sadimissel.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 4.320,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB

Objeto: AQUISIÇÃO DAS BOMBAS DE EQUIPO E INFUSÃO DE USO ESPECÍFICO VETERINÁRIO PARA O HOSPITAL ESCOLA VETERINÁRIO DA FURB

Descrição: Bomba de infusão de equipo, de uso veterinário; conjuntos de infusão compatíveis: 10d/ml, 15d/ml, 20d/ml, 60d/ml em conformidade padrão; no mínimo 7 modos de infusão; faixa de configuração de infusão de 0,1 a 999999,9ml; taxa KVO 0,1 a 5ml/h; precisão de - Bomba de infusão de equipo, de uso veterinário; conjuntos de infusão compatíveis: 10d/ml, 15d/ml, 20d/ml, 60d/ml em conformidade padrão; no mínimo 7 modos de infusão; faixa de configuração de infusão de 0,1 a 999999,9ml; taxa KVO 0,1 a 5ml/h; precisão de +/- 5%; tela LCD touch screen colorida de 2,4 polegadas; bateria interna selada e recarregável.

Data: 10/06/2024 17:00

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 82662958000102-1-000100/2024

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 09/05/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 4

Unidade: Peça

UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.537.080/0001-84 *VENCEDOR*	TRADEVET EQUIPAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	R\$ 4.320,00
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Curitiba	RUA DOUTOR JOAQUIM IGNACIO SILVEIRA DA MOTTA, 604
		Telefone:
		(41) 9690-7722

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 5.318,83

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 09/06/2025 16:02:59 (IP: 201.131.167.21)

Código Validação: jVwcsq4HzllsWG5idjt%2bKAYbkVCipw8%2b%2bWihxvmd6YpXd4inpNc5Q%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=jVwcsq4HzllsWG5idjt%252bKAYbkVCipw8%252b%252bWihxvmd6YpXd4inpNc5Q%253d%253d>

CNPJ: 01.611.339/0001-97

Órgão: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO BALNEÁRIO DE PINHAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos médicos hospitalares.

Descrição: **Bomba de infusão volumétrica para equipo universal** - Bomba de infusão volumétrica para equipo universal, com dieta parenteral e enteral no mesmo equipamento. Com tela para visualização das informações de no mínimo três polegadas, com brilho de tela ajustável. Peso máximo de 2,5kg. Aceite a calibração de pelo menos 4 marcas de equipos. Com mensagens de erros e atalhos na tela para um ajuste rápido e fácil pelo usuário. Precisão menor ou igual a 5%. Modos: por taxa, por peso corporal, por tempo e por sequência. Grau de proteção mínima ip28. Com programação do volume adulto de 0,1 a 9.999 ml. Taxa de fluxo de 0,1 a 2000 ml/h. Kvo programável de 0,1 a 5,0 ml/h. Registro histórico de 1.000 registros. Com biblioteca de no mínimo 40 medicamentos. Detecção de bolus de no mínimo 50 mmhg. Horário predefinido: 00:00:01 a 99:59:59, ajustável. Alarmes audiovisuais em led externo com um bom tamanho para visualização de longe do equipamento e com informações gráficas na tela (lembrete de status atual e orientação de operação), incluindo: oclusão, ar na linha, vtbi completo, kvo concluído, porta aberta, sem kit de infusão inserido, erro do sistema, sistema anormal, tempos de stand-by expirados, lembretes, bateria fraca, nenhuma bateria inserida, tempo quase concluído, sem alimentação ca, sem energia. Com pelo menos 3 níveis de alarme e volume selecionável. Bateria de lítio de no mínimo 4 horas à 25ml/h e com carregamento de carga máxima de até 6 horas. Clamp para fixação em suporte de soro. Interface rs232: conector para chamada de enfermeiros. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa (brasil) e serviço/software totalmente em língua portuguesa (brasil).

Data: 12/07/2024 10:30

Modalidade: Pregão Eletrônico (14.133/21)

SRP: SIM

Identificação: 0044/2024

Lote/Item: 2/1

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 18/07/2024 12:49

Fonte: www.banrisul.com.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: RS

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

31.422.307/0001-04

MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

R\$ 5.318,83

VENCEDOR

Marca: MINDRAY

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: BENEFUSION VP3

Descrição: Descrição não informada

Estado:

RS

Cidade:

Porto Alegre

Endereço:

AV ITAQUI, 297

Nome de Contato:

Michel

Telefone:

(51) 99318-6714

Email:

michel@medicalway.com.br





Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Banrisul www.banrisul.com.br	Data: 09/06/2025 16:00:11 Acessar a fonte aqui
2 - Compras.gov.br www.gov.br/compras/pt-br	Data: 06/06/2025 14:31:12 Acessar a fonte aqui
3 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br	Data: 06/06/2025 08:49:43 Acessar a fonte aqui

Fontes de preços inseridos manualmente:

1 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI (06.517.387/0001-34)	Data: 09/06/2025 15:40:53
---	---------------------------



Razão Social: Physiometrix Sistemas Medicos LTDA

Nome fantasia: Digicare Animal Health

CNPJ: 09.054.166/0001-65

Endereço: Rua Toriba 358, Colégio, Irajá – RJ

CEP: 21545-260

Telefone: (021)33731378 / (21) 98485-7954 (Whatsapp)

ESPECIFICAÇÕES

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO VETERINÁRIO – LIFEWINDOW LITE LWLITEsv

Tela: TFT Active-Matrix Color Flat Panel Display, 8,4” (170 × 128 mm). Resolução e gráficos: Exibe até 6 traçados simultâneos, numéricos e ícones de status.

Bateria: Íon-lítio recarregável interna (Autonomia mínima de 30 min, até 3 h conforme configuração); Indicadores: LED frontal (verde = carga plena; laranja = carregando; apagado = bateria em uso). Conexão automática ao ligar na rede AC; recarga completa em ~12 h; alerta de Bateria Fraca quando restam 10 min de operação.

Alarmes: Visual (barra de mensagens): Três níveis (Baixa – ciano; Média – amarelo / escurece; Alta – vermelho piscando). Rola múltiplas mensagens a cada 1,25 s. Audível: Alta → 10 pulsos em 2,5 s; Média → 3 pulsos em 5 s; Baixa → 2 pulsos em 15 s. Estados de áudio: Ativo (padrão); Pausado (visual apenas por 2 min); Reset (reconhece alarmes atuais, permanece escutando novos). Off (desliga buzzer até reativação manual).

Rede: Ethernet: Conector RJ45, suporta DHCP ou IP estático; Wi-Fi. Ondas Demonstrativas: Exibição: Até 6 traçados, ajustáveis em cascata ou single-sweep (6,25/12,5/25/50/100/200 mm/s); Personalização: Cor, estilo (linha fina ou preenchido) e velocidade via menu “Traces”.

Eletrocardiografia: Derivações: 3-leads (I, II, III) isolados; 5-leads (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V) para arritmias e ST. Velocidades: 6,25; 12,5; 25; 50; 100 mm/s. Ganho: x0,125; x0,25; x0,5; x1; x2; x4; automático. Faixa de HR: Grande (5–220 bpm); Pequeno (30–450 bpm); Exótico/Rodentes (450–1 000 bpm). Filtros: Mains Notch (40→25 Hz) e filtro digital de ruído. Alarmes: Asystole, Leads Off, HR fora de faixa.

Oximetria: Tecnologia para movimento e baixa perfusão. Parâmetros: SpO₂ (%), Pulso (bpm), Perfusion Index (PI %), Pulse Variability Index (PVI %); SpCO %, SpMet %, SpHb (g/dL), SpOC %. Faixa e precisão: ±2 % (70–100 % SpO₂), ±0,9 % SpMet, et cetera. Resolução 1 %. Alarmes configuráveis: SpO₂ (Off/90 %), Pulso (50–140 bpm), PI/PVI, SpMet, SpCO, SpHb.

Pressão Arterial Não Invasiva (NIBP): Método: Oscilometria. Modos: Manual, Auto (ciclos 1–240 min), STAT. Parâmetros: Sistólica, Diastólica, Média; Pulso (25–300 bpm). Alarmes: Sistólica (100–160 mmHg), Diastólica (60–100 mmHg), Média (80–120 mmHg); Pulso (60–140 bpm), todos configuráveis. Precisão: ±5 mmHg (média), ±8 mmHg (DP); Resolução 1 mmHg. Cuffs: Conjunto de 7 tamanhos.

Pressão Arterial Invasiva (IBP) Canais: 2 fontes independentes (IP1 e IP2). Faixa: –50 a 300 mmHg; Resolução 1 mmHg; Precisão ±1 mmHg ou ±2 % (o maior). Modos: Pulsátil (dinâmico) e Estático (pressão estática). Calibração Zero: Executada via menu, nível do coração. Alarmes: Sístole (60–160 mmHg), Diástole (60–160 mmHg), Média (60–120 mmHg).

Capnografia (CO₂): Sidestream: opcional interno ou externo (amostragem 50 mL/min). Faixa: 0–50 mmHg EtCO₂; Resolução 1 mmHg; Precisão ±(0,1 %–0,5 %) conforme faixa. Alarmes: EtCO₂ (20–45

PhysioMetrix

Sistemas Médicos
CNPJ: 09.054.166/0001-65

mmHg), InsCO₂ (Off/10 mmHg), Resp Rate (5–50 bpm). Velocidades: 6,25; 12,5; 25; 50; 100 mm/s. Precisão e isolamento: ± 2 % F.S.; drift 0,1 mmHg/°C; isolamento ≥ 4 kV RMS.

Temperatura: 2 Canais independentes. Faixa: 0–50 °C (32–122 °F); Resolução 0,1 °C; Precisão $\pm 0,1$ °C (sem sonda). Unidades: °C ou °F configuráveis. Delta T: Diferença entre T1–T2 disponível quando ambas ativadas.

Fração De Oxigênio Insp (FiO₂): Faixa: 0–100 %; Resolução 1 %; Precisão ± 2 % F.S. (condições estáveis). Tempo de resposta: ≥ 90 % em < 8 s (25 °C). Vida útil do sensor: 36 meses em ar; 10 meses a 100 % O₂ contínuo. Calibração: Antes do uso e a cada 8 h.

Analizador de gases: Gases monitorados CO₂ (capnografia), FiO₂ (fração inspirada de O₂) e Agentes inalatórios (Isoflurano, Sevoflurano e Desflurano); Princípio de medição: CO₂: análise NDIR (Non-Dispersive Infrared) – sidestream ou mainstream; O₂: célula galvânica Agentes: análise NDIR com filtros específicos para cada agente Faixas de medição: EtCO₂: 0–150 mmHg (resolução 1 mmHg); FiO₂: 0–100 % (resolução 1 %); Anestésicos: 0–20 vol % (resolução 0,1 vol %). Precisão: CO₂: $\pm(1$ mmHg + 2 % do valor); FiO₂: ± 2 % F.S.; Agentes: $\pm(0,1$ vol % + 2 % do valor); Tempo de resposta: CO₂: < 200 ms (Mainstream), ≈ 120 ms (Sidestream); FiO₂: < 8 s para 90 % de mudança na leitura; Agentes: < 200 ms. Alarmes e limites: EtCO₂: configurável entre 5–50 mmHg; FiO₂: configurável entre 21–100 %; Agentes: limites de concentração mínimos e máximos definidos no menu. Tendências (Trends): Gráficas: Parâmetros ao longo de 15 min, 1 h, 4 h, 12 h, 24 h, 48 h ou 72 h. Tabulares: Valores armazenados minuto a minuto desde admissão.

Especificações Ambientais: **Temperatura:** Operação: 5 a 45 °C; Armazenamento/Transporte: 5 a 55 °C. **Umidade Relativa:** Operação: 30 – 75 % (não condensante); Armazenamento/Transporte: 30 – 75 %. **Pressão Atmosférica:** Operação/Armazenamento: 700 – 1 060 hPa

Data: 09/06/2025

Nome/Razão Social: Universidade Federal do Piauí

CPF/CNPJ: 06.517.387/0001-34

E-mail de contato: divisaodecompras@ufpi.edu.br

Endereço: Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga - Teresina/PI

CEP: 64049-550


PhysioMetrix

Sistemas Médicos
CNPJ: 09.054.166/0001-65

Prezado(a) Cliente,

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Os valores a seguir se referem ao valor unitário do equipamento descrito.

Equipamento	Especificações	Valor
	Monitor multiparametro veterinário: ECG de 3 a 5 derivações (Placa de alta FC incluída até 999bpm) - cães, gatos, equinos, roedores e exóticos, com análise do segmento ST e arritmias; Oximetria, Pressão Sanguínea, 2 canais de Temperatura, 2 canais de pressão invasiva, Analisador de gases. Saída e entrada USB; contém saída HDMI; Conexão ethernet e via wi-fi (opcional); Tela Sensível ao Toque Facilmente Operada de 8.4", Sistema de Alarme, Tecnologia de Monitoramento Adaptativa; Interface direta para smartflow; Geração de relatório tabulares e ECG digitais; Peso – 4,76 Kg, Bateria: Autonomia de até 3 Horas, Umidade Relativa -30a 70% (Sem Condensação), Voltagem - Seleção Automática 100V a 240V AC (50/60 Hz), Bateria – Bateria Recarregável de Li-ion Interna, Segurança - De Acordo com IEC601-1-1 e IEC 601-1-2.	R\$ 74.951,42

Garantia: 1 ano de garantia do equipamento, com 2 anos de mão de obra, 90 dias dos acessórios.

***Validade da proposta:** 60 dias

Frete: CIF

Formas de pagamento:

- A vista: transferência bancária, depósito bancário, PIX

Dados bancários:

- Banco Bradesco | Agência 0226 | CC 128404-5 | CNPJ: 09.054.166/0001-65
- Pix: pcm@digicarebiomedical.com

Garantia:

- 1 Ano do Equipamento
- Acessórios 90 dias
- 2 anos de mão de obra
- Assistência Técnica localizada no Rio de Janeiro

Prazo de entrega: Entre 4 e 12 semanas.

Não perdemos negócios, consulte nosso representante comercial

e negocie outras modalidades de pagamento

Representante comercial: Thaine Guimarães

E-mail: vendas@digicarebiomedical.com

Telefone: (21) 98485-7954



DIGICARE
ANIMAL HEALTH

Tecnologia que traduz confiança

Razão Social: Physiometrix Sistemas Medicos LTDA

Nome fantasia: Digicare Animal Health

CNPJ: 09.054.166/0001-65

Endereço: Rua Toriba 358, Colégio, Irajá – RJ

CEP: 21545-260

Telefone: (021)33731378 / (21) 98485-7954 (Whatsapp)

ESPECIFICAÇÕES

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO VETERINÁRIO – LIFEWINDOW LITE LWLITEsv

Tela: TFT Active-Matrix Color Flat Panel Display, 8,4” (170 × 128 mm). Resolução e gráficos: Exibe até 6 traçados simultâneos, numéricos e ícones de status.

Bateria: Íon-lítio recarregável interna (Autonomia mínima de 30 min, até 3 h conforme configuração); Indicadores: LED frontal (verde = carga plena; laranja = carregando; apagado = bateria em uso). Conexão automática ao ligar na rede AC; recarga completa em ~12 h; alerta de Bateria Fraca quando restam 10 min de operação.

Alarmes: Visual (barra de mensagens): Três níveis (Baixa – ciano; Média – amarelo / escurece; Alta – vermelho piscando). Rola múltiplas mensagens a cada 1,25 s. Audível: Alta → 10 pulsos em 2,5 s; Média → 3 pulsos em 5 s; Baixa → 2 pulsos em 15 s. Estados de áudio: Ativo (padrão); Pausado (visual apenas por 2 min); Reset (reconhece alarmes atuais, permanece escutando novos). Off (desliga buzzer até reativação manual).

Rede: Ethernet: Conector RJ45, suporta DHCP ou IP estático; Wi-Fi. Ondas Demonstrativas: Exibição: Até 6 traçados, ajustáveis em cascata ou single-sweep (6,25/12,5/25/50/100/200 mm/s); Personalização: Cor, estilo (linha fina ou preenchido) e velocidade via menu “Traces”.

Eletrocardiografia: Derivações: 3-leads (I, II, III) isolados; 5-leads (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V) para arritmias e ST. Velocidades: 6,25; 12,5; 25; 50; 100 mm/s. Ganho: x0,125; x0,25; x0,5; x1; x2; x4; automático. Faixa de HR: Grande (5–220 bpm); Pequeno (30–450 bpm); Exótico/Rodentes (450–1 000 bpm). Filtros: Mains Notch (40→25 Hz) e filtro digital de ruído. Alarmes: Asystole, Leads Off, HR fora de faixa.

Oximetria: Tecnologia para movimento e baixa perfusão. Parâmetros: SpO₂ (%), Pulso (bpm), Perfusion Index (PI %), Pulse Variability Index (PVI %); SpCO %, SpMet %, SpHb (g/dL), SpOC %. Faixa e precisão: ±2 % (70–100 % SpO₂), ±0,9 % SpMet, et cetera. Resolução 1 %. Alarmes configuráveis: SpO₂ (Off/90 %), Pulso (50–140 bpm), PI/PVI, SpMet, SpCO, SpHb.

Pressão Arterial Não Invasiva (NIBP): Método: Oscilometria. Modos: Manual, Auto (ciclos 1–240 min), STAT. Parâmetros: Sistólica, Diastólica, Média; Pulso (25–300 bpm). Alarmes: Sistólica (100–160 mmHg), Diastólica (60–100 mmHg), Média (80–120 mmHg); Pulso (60–140 bpm), todos configuráveis. Precisão: ±5 mmHg (média), ±8 mmHg (DP); Resolução 1 mmHg. Cuffs: Conjunto de 7 tamanhos.

Pressão Arterial Invasiva (IBP) Canais: 2 fontes independentes (IP1 e IP2). Faixa: –50 a 300 mmHg; Resolução 1 mmHg; Precisão ±1 mmHg ou ±2 % (o maior). Modos: Pulsátil (dinâmico) e Estático (pressão estática). Calibração Zero: Executada via menu, nível do coração. Alarmes: Sístole (60–160 mmHg), Diástole (60–160 mmHg), Média (60–120 mmHg).

Capnografia (CO₂): Sidestream: opcional interno ou externo (amostragem 50 mL/min). Faixa: 0–50 mmHg EtCO₂; Resolução 1 mmHg; Precisão ±(0,1 %–0,5 %) conforme faixa. Alarmes: EtCO₂ (20–45

PhysioMetrix

Sistemas Médicos
CNPJ: 09.054.166/0001-65

mmHg), InsCO₂ (Off/10 mmHg), Resp Rate (5–50 bpm). Velocidades: 6,25; 12,5; 25; 50; 100 mm/s. Precisão e isolamento: ± 2 % F.S.; drift 0,1 mmHg/°C; isolamento ≥ 4 kV RMS.

Temperatura: 2 Canais independentes. Faixa: 0–50 °C (32–122 °F); Resolução 0,1 °C; Precisão $\pm 0,1$ °C (sem sonda). Unidades: °C ou °F configuráveis. Delta T: Diferença entre T1–T2 disponível quando ambas ativadas.

Fração De Oxigênio Insp (FiO₂): Faixa: 0–100 %; Resolução 1 %; Precisão ± 2 % F.S. (condições estáveis). Tempo de resposta: ≥ 90 % em < 8 s (25 °C). Vida útil do sensor: 36 meses em ar; 10 meses a 100 % O₂ contínuo. Calibração: Antes do uso e a cada 8 h.

Analizador de gases: Gases monitorados CO₂ (capnografia), FiO₂ (fração inspirada de O₂) e Agentes inalatórios (Isoflurano, Sevoflurano e Desflurano); Princípio de medição: CO₂: análise NDIR (Non-Dispersive Infrared) – sidestream ou mainstream; O₂: célula galvânica Agentes: análise NDIR com filtros específicos para cada agente Faixas de medição: EtCO₂: 0–150 mmHg (resolução 1 mmHg); FiO₂: 0–100 % (resolução 1 %); Anestésicos: 0–20 vol % (resolução 0,1 vol %). Precisão: CO₂: $\pm(1$ mmHg + 2 % do valor); FiO₂: ± 2 % F.S.; Agentes: $\pm(0,1$ vol % + 2 % do valor); Tempo de resposta: CO₂: < 200 ms (Mainstream), ≈ 120 ms (Sidestream); FiO₂: < 8 s para 90 % de mudança na leitura; Agentes: < 200 ms. Alarmes e limites: EtCO₂: configurável entre 5–50 mmHg; FiO₂: configurável entre 21–100 %; Agentes: limites de concentração mínimos e máximos definidos no menu. Tendências (Trends): Gráficas: Parâmetros ao longo de 15 min, 1 h, 4 h, 12 h, 24 h, 48 h ou 72 h. Tabulares: Valores armazenados minuto a minuto desde admissão.

Especificações Ambientais: **Temperatura:** Operação: 5 a 45 °C; Armazenamento/Transporte: 5 a 55 °C. **Umidade Relativa:** Operação: 30 – 75 % (não condensante); Armazenamento/Transporte: 30 – 75 %. **Pressão Atmosférica:** Operação/Armazenamento: 700 – 1 060 hPa

Data: 09/06/2025

Nome/Razão Social: Universidade Federal do Piauí

CPF/CNPJ: 06.517.387/0001-34

E-mail de contato: divisaodecompras@ufpi.edu.br

Endereço: Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga - Teresina/PI

CEP: 64049-550


PhysioMetrix

Sistemas Médicos
CNPJ: 09.054.166/0001-65

Prezado(a) Cliente,

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Os valores a seguir se referem ao valor unitário do equipamento descrito.

Equipamento	Especificações	Valor
	Monitor multiparametro veterinário: ECG de 3 a 5 derivações (Placa de alta FC incluída até 999bpm) - cães, gatos, equinos, roedores e exóticos, com análise do segmento ST e arritmias; Oximetria, Pressão Sanguínea, 2 canais de Temperatura, 2 canais de pressão invasiva, Analisador de gases. Saída e entrada USB; contém saída HDMI; Conexão ethernet e via wi-fi (opcional); Tela Sensível ao Toque Facilmente Operada de 8.4", Sistema de Alarme, Tecnologia de Monitoramento Adaptativa; Interface direta para smartflow; Geração de relatório tabulares e ECG digitais; Peso – 4,76 Kg, Bateria: Autonomia de até 3 Horas, Umidade Relativa -30a 70% (Sem Condensação), Voltagem - Seleção Automática 100V a 240V AC (50/60 Hz), Bateria – Bateria Recarregável de Li-ion Interna, Segurança - De Acordo com IEC601-1-1 e IEC 601-1-2.	R\$ 74.951,42

Garantia: 1 ano de garantia do equipamento, com 2 anos de mão de obra, 90 dias dos acessórios.

***Validade da proposta:** 60 dias

Frete: CIF

Formas de pagamento:

- A vista: transferência bancária, depósito bancário, PIX

Dados bancários:

- Banco Bradesco | Agência 0226 | CC 128404-5 | CNPJ: 09.054.166/0001-65
- Pix: pcm@digicarebiomedical.com

Garantia:

- 1 Ano do Equipamento
- Acessórios 90 dias
- 2 anos de mão de obra
- Assistência Técnica localizada no Rio de Janeiro

Prazo de entrega: Entre 4 e 12 semanas.

Não perdemos negócios, consulte nosso representante comercial

e negocie outras modalidades de pagamento

Representante comercial: Thaine Guimarães

E-mail: vendas@digicarebiomedical.com

Telefone: (21) 98485-7954



DIGICARE
ANIMAL HEALTH

Tecnologia que traduz confiança



Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br>

RE: Prezado (a), senhor (a), boa tarde. A Universidade Federal Do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 06.517.387/0001-34, estabelecida no endereço: Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga, na cidade de Teresina/PI, CEP: 64049-550, v...

7 mensagens

Central de vendas <vendas@digicarebiomedical.com>

6 de junho de 2025 às 15:43

Para: "divisaodecompras@ufpi.edu.br" <divisaodecompras@ufpi.edu.br>

Prezados, boa tarde!

Informo o recebimento de pedido de cotação.

Gostaria de confirmar com vocês apenas se o monitor seria para uso médico veterinário. Poderia confirmar?

Aguardo retorno,

Atenciosamente.

**Isabel Brandão**Supervisora Comercial
Médica Veterinária**Central de Vendas**Digicare Animal Health BR
Cel. (21) 98485-7954

Canal Digicare:

(21)3373.1128

(21)3689.1378

(21)3373.1378

**Physiometrix Sistemas Médicos Ltda****Digicare Animal Health Brasil**Endereço: [Rua Toriba 358](#) - Colégio
Rio de Janeiro / RJ

Site:

<https://digi-vet.com.br>

Redes Sociais



De: LifeWindow Lite Series | Digicare Site <notifications@contato.digicarevet.com.br>

Enviado: sexta-feira, 6 de junho de 2025 15:37

Para: Central de vendas <vendas@digicarebiomedical.com>; orders@digivet.com.br <orders@digivet.com.br>; Eduardo Miranda <Eduardo@digicarebiomedical.com>; Mario Moraes <Mario@digicarebiomedical.com>; Brendon Lima <blima@digicarebiomedical.com>

Assunto: Prezado (a), senhor (a), boa tarde. A Universidade Federal Do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 06.517.387/0001-34, estabelecida no endereço: Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga, na cidade de Teresina/PI, CEP: 64049-550, vem s...

Nome

Universidade Federal do Piauí

Email

divisaodecompras@ufpi.edu.br

Telefone | Whatsapp

86 3215-5924

Preferência de Contato

Email

Preferência de Tamanho de Display

Não tenho certeza

Selecione os Parâmetros Adicionais (Bases Inclusas: ECG, SpO2, NIBP, Temp)

Não tenho certeza

Mensagem

Prezado (a), senhor (a), boa tarde.

A Universidade Federal Do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 06.517.387/0001-34, estabelecida no endereço: Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga, na cidade de Teresina/PI, CEP: 64049-550, vem solicitar, por gentileza, cotação de preços para fins de formar preços referenciais (de mercado) para futura e eventual licitação, em procedimento que será realizado via Pregão Eletrônico.

Para isso, solicitamos, por gentileza, orçamento/cotação do item descrito abaixo:

Monitor multiparamétrico veterinário com analisador de gases: Tela LCD Bateria de lítium, autonomia superior a 4 horas. Alarmes sonoro Eletrocardiografia: Conjunto de derivações: 3 a 5 derivações: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Mínimo de 3 velocidade de varredura Suporta desfibrilação.

Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br>

6 de junho de 2025 às 15:47

Para: Central de vendas <vendas@digicarebiomedical.com>

Boa tarde.

Sim, é para uso veterinário, do HOSPITAL VETERINÁRIO DA UFPI.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Por favor, acusar recebimento.

Coordenadoria de Compras e Licitações - CCL/UFPI

Fone/fax: (86) 3215-5924/(86) 3237-1773

Central de vendas <vendas@digicarebiomedical.com>

6 de junho de 2025 às 16:03

Para: Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br>

Obrigada pela confirmação,

Segue em anexo o orçamento com o monitor multiparametro com os parâmetros solicitados.

Atenciosamente.



Isabel Brandão

Supervisora Comercial
Médica Veterinária

Central de Vendas

Digicare Animal Health BR
Cel. (21) 98485-7954

Canal Digicare:

(21)3373.1128

(21)3689.1378

(21)3373.1378



Physiometrix Sistemas Médicos Ltda

Digicare Animal Health Brasil

Endereço: [Rua Toriba 358 - Colégio](#)
[Rio de Janeiro / RJ](#)

Site:

<https://digi-vet.com.br>

Redes Sociais



De: Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br>

Enviado: sexta-feira, 6 de junho de 2025 15:47

Para: Central de vendas <vendas@digicarebiomedical.com>

Assunto: Re: Prezado (a), senhor (a), boa tarde. A Universidade Federal Do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 06.517.387/0001-34, estabelecida no endereço: Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga, na cidade de Teresina/PI, CEP: 64049-550, v...

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **ORC 0606 UFPI - DIGICARE ANIMAL HEALTH.pdf**
339K


Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br>

6 de junho de 2025 às 16:30

Para: Central de vendas <vendas@digicarebiomedical.com>

Descrição completa do Monitor, em anexo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **DESCRIÇÃO MONITOR.pdf**
73K

Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br>

Para: Central de vendas <vendas@digicarebiomedical.com>

9 de junho de 2025 às 12:11

Bom dia.

Cotação recebida. Obrigada

At.te

Tânia Fontes

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Central de vendas <vendas@digicarebiomedical.com>

Para: Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br>

9 de junho de 2025 às 13:15

Boa tarde Tânia,

O orçamento anterior, continha apenas as características informadas inicialmente:

"Monitor multiparamétrico veterinário com analisador de gases: Tela LCD Bateria de lítium, autonomia superior a 4 horas. Alarmes sonoro Eletrocardiografia: Conjunto de derivações: 3 a 5 derivações: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Mínimo de 3 velocidade de varredura Suporta desfibrilação.

Após o envio da descrição completa do monitor, foi feito novo orçamento com as características completas, no qual segue em anexo no arquivo '0906 UFPI - ORC DIGICARE ANIMAL HEALTH'

Atenciosamente.



Isabel Brandão

Supervisora Comercial

Médica Veterinária

Central de Vendas

Digicare Animal Health BR

Cel. (21) 98485-7954

Canal Digicare:

(21)3373.1128

(21)3689.1378

(21)3373.1378

Physiometrix Sistemas Médicos Ltda

Digicare Animal Health Brasil

Endereço: [Rua Toriba 358 - Colégio](#)

[Rio de Janeiro / RJ](#)

Site:

<https://digi-vet.com.br>

Redes Sociais



De: Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br>

Enviado: segunda-feira, 9 de junho de 2025 12:11

Para: Central de vendas <vendas@digicarebiomedical.com>

Assunto: Re: Prezado (a), senhor (a), boa tarde. A Universidade Federal Do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 06.517.387/0001-34, estabelecida no endereço: Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga, na cidade de Teresina/PI, CEP: 64049-550, v...

[Texto das mensagens anteriores oculto]



0906 UFPI - ORC DIGICARE ANIMAL HEALTH.pdf
340K

Divisão de Compras UFPI <divisaodecompras@ufpi.edu.br>

Para: Central de vendas <vendas@digicarebiomedical.com>

9 de junho de 2025 às 15:23

Boa tarde.

Tudo bem. Novo orçamento recebido. Obrigada.

At.te

Tânia Fontes

[Texto das mensagens anteriores oculto]