



EDITAL UFPI - PE 90015-25

2 mensagens

Marcelo Junior <services04@novanalitica.com.br>
Para: cpl@ufpi.edu.br, propesq@ufpi.edu.br

9 de outubro de 2025 às 09:14

Prezados, bom dia

Recebemos o edital anexo, para uma demanda grande de equipamentos.

Gostaria de saber sobre a participação, podem me tirar algumas dúvidas?

No processo, solicita que a calibração seja rastreável RCB ou INMETRO. Nossas qualificações de equipamentos não seguem estas rastreabilidades. Vocês aceitam orçamentos sem esta especificação?

Não atendemos no montante de todos os equipamentos do edital, somente alguns específicos. Aceitam orçamentos, mesmo que não atendo o edital como um todo?

Obrigado e no aguardo.

Marcelo Junior

Services Department

services04@novanalitica.com.br

Cel.: (11)97027-7832

Nova Analítica Imp. Exp. Ltda

www.analiticaweb.com.br

Av. Fábio Eduardo Ramos
Esquivel, 2100 Diadema-SP

Cep.: 09941-202

Fone: (11) 2162-8080



analítica
services

Equipe de contrato, **Clique aqui !**



4 anexos



image006.png
63K



image008.png
52K



image010.png
92K



UFPI pe 90015.pdf
4883K

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>
Para: Marcelo Junior <services04@novanalitica.com.br>

9 de outubro de 2025 às 09:33

Prezado(a) Senhor(a),

Confirmamos o recebimento.

Informamos que o pedido de esclarecimento será analisado conforme os prazos estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021.

Pedimos que acompanhe o quadro informativo do Pregão Eletrônico N° 90015/2025 no portal ComprasGov, local onde será publicada a resposta do pedido.

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Atenciosamente,

Coordenadoria de Compras e Licitações
Fone: [\(86\) 3215-5924](tel:(86)3215-5924)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Avisos (0)

Impugnações (0)

Esclarecimentos (1)

09/10/2025 11:27



Prezados, bom dia



Recebemos o edital anexo, para uma demanda grande de equipamentos.

Gostaria de saber sobre a participação, podem me tirar algumas dúvidas?

1) No processo, solicita que a calibração seja rastreável RCB ou INMETRO. Nossas qualificações de equipamentos não seguem estas rastreabilidades. Vocês aceitam orçamentos sem esta especificação?

2) Não atendemos no montante de todos os equipamentos do edital, somente alguns específicos. Aceitam orçamentos, mesmo que não atendo o edital como um todo?

Obrigado e no aguardo.

Marcelo Junior
Services Department



REPOSTA 1) Conforme disposto no item 5.114 do Termo de Referência, "as calibrações e aferições de equipamentos devem ser comprovadas mediante emissão de laudo e realizadas por empresas acreditadas nos órgãos competentes (INMETRO, RBC)".

Dessa forma, não serão aceitos orçamentos que não atendam a essa exigência.

A rastreabilidade mencionada refere-se à conformidade com padrões internacionais, devendo ser garantida por meio de laboratórios devidamente acreditados.

RESPOSTA 2) Não. As propostas deverão contemplar a totalidade dos equipamentos que compõem cada item para o qual o licitante estiver concorrendo, sendo de sua responsabilidade o atendimento integral das quantidades e especificações descritas para cada Campus da UFPI.

[Incluir esclarecimento](#)